

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**č. 01071.1617.6.11.02**

podle § 12, odst.3, zák.č.22/1997 Sb. ve znění novely č. 91/2016 Sb.

My výrobce: **CRESSTO s.r.o.**, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Hasičská 2643*prohlašujeme, že níže uvedené skupiny výrobků*

Název skupiny : snímače tlaku

Typová řada : TMG xxx A3x, TMAG xxx A3x, TMVG xxx A3x, TMG xxx B3x, TMAG xxx B3x, TMVG xxx B3x, TMG xxx C3x, TMAG xxx C3x, TMVG xxx C3x, TMG xxx D3x, TMAG xxx D3x, TMVG xxx D3x, TMG xxx Z3x, TMAG xxx Z3x, TMVG xxx Z3x, TMDG xxx Z3x, TMG xxx N4x, TMAG xxx N4x, TMVG xxx N4x, DMG xxx N4x, DMAG xxx N4x, DMVG xxx N4x, TMS xxx N4L, TMVS xxx N4L, TMAS xxx N4L, DMS xxx N4L, DMAS xxx N4L, DMVS xxx N4L, SVD, SPD, SPG, SPA, SRG, SRA, SHD.

Název skupiny : měřidla tlaku

Typová řada : DMS, DMSA, DMU-R, DMU-A, DMU-D, DMU-P, DMU-T, DMU-S, PMI-R, PMI-A, PMI-D, DMND, DMNR, DMNA, MST, MSK, MSB, MSM, PTS.

Název skupiny : tlakové moduly

Typová řada : KTN, KTNA, KTS, SD, DZN.

Výr. číslo : od 1/24

Rok výroby : od 2024

splňují požadavky technických předpisů a že výrobky jsou za podmínek obvyklého a námi určeného použití bezpečné a že jsou přijata opatření, kterými se zabezpečuje shoda s technickou dokumentací a níže uvedenými nařízeními vlády a směrnicemi Evropského parlamentu

NV 118/2016

směrnice 2014/35/EU

NV 117/2016

směrnice 2014/30/EU

NV 219/2016

směrnice 2014/68/EU

v rozsahu

ČSN 33 2000-4-41 ed.3,

ČSN EN 61326-1 ed.3, bez posouzení dle ČSN EN 61000-4-6 ed. 4,
posouzení podle ČSN EN 61000-4-2 ed.2,
posouzení podle ČSN EN 61000-4-3 ed.3,
posouzení podle ČSN EN 61000-4-4 ed.3,
posouzení podle ČSN EN 61000-4-5 ed.3.*- Tlakové moduly KTN, KTS, TMG xxx Mxx a TMVG xxxMxx nejsou stanovenými výrobky podle nařízení vlády NV 118/2016 a NV 219/2016*

Označení CE 12

Místo a datum

Rožnov pod Radhoštěm,
10. 1. 2024

Odpovědná osoba

ing. Martin Pivoňka
jednatel

Podpis

